



**KLINKA ZA INFECTIVNE BOLESTI  
"DR. FRAN MIHALJEVIĆ"  
MIROGOJSKA CESTA 8  
ZAGREB**

**Zagreb, 29.06.2017.  
U.br. 01-614-4-2017**

**ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**PREDMET: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: Nabava potrošnog medicinskog materijala za intenzivnu njegu - dostavlja se-**

Poštovani,

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ kao Naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu medicinskog potrošnog materijala za intenzivnu njegu.

Temeljem čl. 198. (Prethodna analiza tržišta) ZJN 120/16 prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u svezi predmetne nabave.

Nadalje, naručitelj smije zatražiti ili prihvati savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristi i u planiranju i provedbi postupka nabave, te izradi dokumentacije o nabavi/tehničke dokumentacije, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja, te da se ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Dana 23.06.2017. temeljem članka 198. stavak 3. ZJN 120/16 na internetskim stranicama naručitelja Klinike za infektivne bolesti, [www.bfm.hr](http://www.bfm.hr), pod javna nabava, objavili smo nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnike po grupama proizvoda za predmetni postupak javne nabave te je prethodno savjetovanje bilo otvoreno do 28.06.2017.g.

Pristigla su 2 zahtjeva gospodarskih subjekata.

## **1. Upit:**

„ Prema Obavijesti o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: **Nabava potrošnog medicinskog materijala za intenzivnu njegu**, molimo Vas za pojašnjenje odnosno izmjenu tehničke specifikacije kako slijedi:

1. Grupa 5. Troškovnik – opis glasi „CG8+ cartridge za prenosivi analizator krvi za određivanje Glu, Na, K, iCa, Hct, Hgb, pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, tCO<sub>2</sub>, HCO<sub>3</sub>, Beefc, sO<sub>2</sub>“

1.1. Tehnička specifikacija Grupe 5. pisana na način da se traži potrošni materijal jednog proizvođača – komercijalni naziv CG8+ za uređaj koji se pristavljam na Odjelu za inztenzivnu njegu.

S obzirom da drugi proizvođači mogu ponuditi slično ili bolje tehnološko rješenje uz davanje acidobaznog analizatora na korištenje, a da bi navedena stavka bila opisana neutralno tj. na način da se omogući nuđenje i drugim proizvođačima poštivajući pri tome načela tržišnog natjecanja, jednakog tretmana i transparentnosti predlažemo da se tehnička specifikacija izmjeni na način da glasi:

„ **Reagensi, kontrole kvalitete i sav potrošni materijal za prijenosni acidobazni analizator (kazetni sustav) za izvođenje sljedećih parametara: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, ionizirani Ca, Na, K, Cl, Glu, Hct te kalkulirane vrijednosti najmanje za Hgb, tCO<sub>2</sub>, HCO<sub>3</sub>, Beetc, sO<sub>2</sub> – jedinica mjere: analiza – okvirne godišnje potrebe: navesti broj analiza“**

S obzirom da različiti proizvođači imaju različita pakiranja kazeta s kojima se može napraviti različiti broj analiza, potrebno je definirati broj analiza koji treba omogućiti u tijeku 1 godine. Također različiti proizvođači nude kazete s različitim rokovima trajanja na samom analizatoru tj. nakon instalacije na analizator. Predlažemo da ponuditelji moraju ponuditi sav potrošni materijal za traženi broj analiza koji mora pokrивati uzorkovanje u 365 dana u godini.

S obzirom da bi ponuditelji nudili konkretnе proizvode s kataloškim brojevima kojima se omogućuje traženi broj analiza uz gore predloženu tehničku specifikaciju ponuditelji trebaju priložiti dodatnu tablicu koja treba sadržavati naziv proizvoda, kataloški broj, veličinu pakiranja, količinu sukladno okvirnoj jednogodišnjoj/trogodišnjoj količini analiza, cijenu po pakiranju i ukupnu vrijednost.

Stoga je potrebno dodati napomene uz tablicu koja bi sadržavala gore predloženi opis troškovnika, a napomene bi trebale glasiti:

„**Napomene:**

1. **Na korištenje je potrebno dati prijenosni acidobazni analizator kompatibilan s ponuđenim potrošnim materijalom (kazetni sustav).**
2. **Uz ispunjeni Troškovnik u ponudi se dostavlja dodatna tablica koja treba sadržavati: naziv proizvoda, kataloški broj, veličina pakiranja, količinu sukladno okvirnoj jednogodišnjoj/trogodišnjoj količini analiza, cijenu po pakiranju i ukupnu vrijednost. Ukupna vrijednost mora odgovarati vrijednosti izraženoj u troškovniku.“**
3. **Ponuditelj je obvezan u dodatnoj tablici navesti sve reagense, kalibratore, kontrole i sav potrošni materijal potreban za izvršenje navednog broja analiza i cijelo vrijeme trajanja ugovora. Sav potrošni materijal mora omogućiti uzorkovanje na analizatoru 365 dana u godini.**
4. **Ukupna vrijednost troškovnika i dodatne tablice mora biti identična. U dodatnoj tablici mogu se navesti samo cijelobrojne količine.**
5. **Analizator radi 365 dana u godini, kontrola se radi jednom dnevno jedna razina. Broj analiza za izvođenje kontrola kvalitete nije uključen u predvidenu količinu.**
6. **Ukoliko se u radu ispostavi da ponudena količina reagensa, kalibratora, kontrola ili nekog drugog potrošnog materijala nije dovoljna za izvršiti traženi broj analiza prema predvidenoj raspodjeli i u zadanim vremenskom periodu, ponuditelj je sav nedostatni potrošni materijal obvezan isporučiti besplatno.**

Takav način tehničke specifikacije koriste mnoge bolničke ustanove u Republici Hrvatskoj i na taj način omogućuju nuđenje većem broju proizvođača te na taj način postiću učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

Molimo da uvažite predložene izmjene tj. da predmet nabave opišete na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Na taj način omogućili biste jednak pristup postupku javne nabave i ne biste imali učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.

Samim time omogućujete odabir, možda čak i boljih tehnoloških rješenja za bolju cijenu čime možete doći do ekonomičnije nabave i značajnih ušteda.

### **Naručitelj odgovara kako slijedi:**

Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskog subjekta. Na odgovarajući način bit će izmjenjen troškovnik za grupu 5.

#### **2. Upit:**

Vezano uz prethodno savjetovanje prije otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: **Nabava potrošnog medicinskog materijala za intenzivnu njegu** molimo izmjenu dokumentacije za nadmetanje u troškovnicima za sljedeće grupe:

- **Grupa 3** - molimo izdvajanje stavaka iz grupe 3 na način kako je to opisano u tablici koja je u privitku ovog dopisa, budući da su opisi u ostalim stavkama specifični proizvodi jednog proizvođača. Izdvajanjem te grupe bi se dala mogućnost da isto punudi veći broj ponuditelja, te bi se omogućio jednak pristup ponuditeljima što je u skladu s člankom 206. Zakona o javnoj nabavi.

#### **Također predlažemo da se stavke:**

- Set za perkutanu traheotomiju s forcepsom, mogućnost sukcijske vodič za kanilu, koničan vrh kanile, s mekanim kafom. Broj 7,8,9.
- Set za perkutanu traheotomiju bez forcepsa broj 7, broj 8, broj 9, mogućnost sukcijske vodič za kanilu, koničan vrh kanile s mekanim kafom.  
dopune na način da se uvrste i međuveličine 7,5 i 8,5 kako bi se mogle zadovoljiti potrebne i u najzahtjevnijim situacijama kod bolesnika kod kojih se obavlja perkutana traheotomija.

#### **Također predlažemo da se kod stavke:**

- Sustav za ovlaživanje kisika, 300 mL s adapterom.  
promijeni volumen na 350 mL jer bi ta izmjena omogućila da se javi veći broj ponuditelja, te bi omogućila jednak pristup ponuditeljima što je u skladu s člankom 206. Zakona o javnoj nabavi, dok se ovako radi o proizvodu koji može ponuditi samo jedan ponuditelj.
- **Grupa 4** - molimo da se iz opisa stavki 2 i 3 izostavi opis „12 ampula sa sterilnom fiziološkom otopinom“ jer bi ta izmjena omogućila da se javi veći broj ponuditelja, te bi

omogućila jednak pristup ponuditeljima što je u skladu s člankom 206. Zakona o javnoj nabavi, dok se ovako radi o proizvodu koji može ponuditi samo jedan ponuditelj.

Najljubaznije Vas molimo da prihvate naš zahtjev te nam omogućite ravnopravno sudjelovanje u postupku sa proizvodima proizvođača koje zastupamo u Republici Hrvatskoj. U nadi da ćete prihvati naše prijedloge unaprijed se zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo.

**Naručitelj odgovara kako slijedi:**

Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskog subjekta. Grupa 3 se razdvaja na način da dio stavki ostaje u grupi 3 a dio se prebacuje u novonastalu grupu 7. Na odgovarajući način bit će izmjenjeni troškovnici za grupe 3, 4 i 7.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave