

Zagreb, 30.08.2024.

**ODGOVORI NA UPITE GOSPODARSKOG SUBJEKTA I IZMJENA  
DOKUMENTACIJE O NABAVI BR. 1**

**Predmet nabave:** „Aspirator“

**Evidencijski broj nabave:** 152/2024 JN

Unutar roka za dostavu ponuda zaprimljeni su sljedeći upiti gospodarskog subjekata:

PITANJE br. 1:

Stavkom 1.1. Troškovnika kao jednu od tehničkih karakteristika propisali ste:

*"Protokomjer za regulaciju protoka kisika s rasponom regulacije minimalno do 16 L/min."*

Ljubazno Vas molimo izmjenu stavke na način kako slijedi:

*"Protokomjer za regulaciju protoka kisika s rasponom regulacije minimalno do 15 L/min."*

**ODGOVOR**

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Smanjenje terapijskih mogućnosti uređaja nije u interesu Naručitelja. Potrebno je ponuditi protokomjer s ostvarivim protokom većim ili jednakim 16 L/min.

Naručitelj izmjenjuje Troškovnik, stavku 1.1. na sljedeći način:

Umjesto

Protokomjer za regulaciju protoka kisika s rasponom regulacije minimalno do 16 L/min

**Sada glasi**

**Protokomjer za regulaciju protoka kisika s rasponom regulacije minimalno do 32 L/min**

PITANJE br. 2:

Stavkom 1.4. Troškovnika kao jednu od tehničkih karakteristika propisali ste:

*"Konekcijsko crijevo za kisik minimalne duljine 1,5 m, odvojivo od protokomjera kisika, u bijeloj boji kao oznaka kisika."*

Ljubazno Vas molimo izmjenu stavke na način kako slijedi:

"Konekcijsko crijevo za kisik minimalne duljine 1,5 m, u bijeloj boji kao oznaka kisika."

#### **ODGOVOR**

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Bitno je da je crijevo odvojivo od protokomjera kisika, što radi čišćenja, što radi mogućnosti jednostavne zamjene crijeva u slučaju potrebe za većom dužinom.

Naručitelj briše stavku 1.4. iz Troškovnika.

#### **PITANJE br. 3:**

Stavkom 1.5. Troškovnika kao jednu od tehničkih karakteristika propisali ste:

"Aluminijsko kućište protokomjera."

Ljubazno Vas molimo izmjenu stavke na način kako slijedi:

"Kućište protokomjera izrađeno od aluminija ili mesinga presvučenog slojem nikla."

#### **ODGOVOR**

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Predloženi mesing presvučen slojem nikla predstavlja lošije tehničko rješenje od traženog aluminija zbog mogućnosti ljuštenja sloja nikla uslijed višekratnog prebrisavanja dezinficijensom ili manipulacije u svakodnevnom radu. Smanjenje kvalitete ponuđenog nije u interesu Naručitelja pa prijedlog kao takav nije prihvatljiv.

#### **PITANJE br. 4:**

Stavkom 1.6. Troškovnika kao jednu od tehničkih karakteristika propisali ste:

"Izlazni priključak dimenzije M34x1,5."

Ljubazno Vas molimo izmjenu stavke na način kako slijedi:

"Izlazni priključak dimenzije M34x1,5 ili 9/16".

#### **ODGOVOR**

Naručitelj ne prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

Naručitelj izmjenjuje Troškovnik, stavku 1.6. na sljedeći način:

Umjesto

Izlazni priključak dimenzije M34x1,5 ili 9/16"

#### **Sada glasi**

**Izlazni priključak dimenzije 9/16 " za priključak sistema za jednokratno ovlaživanje**

#### **PITANJE br. 5:**

Stavkom 1.7. Troškovnika kao jednu od tehničkih karakteristika propisali ste:

"Adapter M34x1.5 na 9/16" za priključak sistema za jednokratno ovlaživanje."

Ljubazno Vas molimo izmjenu stavke na način kako slijedi:

"Ukoliko gospodarski subjekt ne nudi izlazni priključak dimenzije 9/16", potrebno je ponuditi adapter M34x1.5 na 9/16" za priključak sistema za jednokratno ovlaživanje."

Obrazloženje: Tražene izmjene predlažemo kako bi se sudjelovanje u predmetnom postupku jednostavne nabave omogućilo većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata. Također, svaki postupak nabave, kako javne tako i jednostavne, zamišljen je upravo da se na natječaje javlja što veći broj ponuditelja, kako bi se njihovim međusobnim natjecanjem utjecalo na sve ponuditelje da prilože što povoljnije ponude, čime se posljedično osigurava tržišno natjecanje i omogućava javnim naručiteljima što manju potrošnju proračunskih sredstava.

## ODGOVOR

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Naručitelj briše stavku 1.7. iz Troškovnika.

Naručitelj izmjenjuje točku 1.2. Troškovnika, kako slijedi:

Umjesto

Regulacija protoka okretnim dugmetom, kodiranje bojom - bijeli pokrov dugmeta za regulaciju kao oznaka kisika

### Sada glasi

Podešavanje protoka okretnim dugmetom u koracima, minimalno dostupni koraci podešavanja od 0, 1, 5, 8, 12, 16, 20, 25, 28 i 32 L/min

Naručitelj izmjenjuje točku 1.3. Troškovnika, kako slijedi:

Umjesto

Montaža na medicinsku zidnu šinu presjeka 10mm x 25mm. Montaža i demontaža bez upotrebe alata.

### Sada glasi

Montaža direktno u zidnu utičnicu kisika, utikač tipa DIN

Naručitelj dodaje točku 1.6. Troškovnika, kako slijedi:

Kodiranje bojom - bijeli plašt kućišta te bijeli pokrov okretnog dugmeta kao oznaka kisika

Sukladno navedenim izmjenama Troškovnika, izmjenjuju se i redni brojevi stavki.

Naručitelj izmjenjuje točku opisa predmeta nabave Troškovnika, kako slijedi:

Umjesto

Red. br.	Opis predmeta nabave
2	Aspirator (komplet za terapiju kisikom - šinski protokomjer)

### Sada glasi

Red. br.	Opis predmeta nabave
1	Aspirator (komplet za terapiju kisikom - zidni protokomjer)

Naručitelj izmjenjuje točku 13. Rok za dostavu ponuda, Dokumentacije o nabavi, kako slijedi:

Umjesto

02.09.2024. godine do 09:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene nakon tog roka  
Naručitelj neće razmatrati te će biti vraćene ponuditelju neotvorene.  
Za vrijeme roka za dostavu ponuda, Ponuditelji mogu zatražiti objašnjenja

**Sada glasi**

**03.09.2024. godine do 09:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene nakon tog roka Naručitelj neće razmatrati te će biti vraćene ponuditelju neotvorene.  
Za vrijeme roka za dostavu ponuda, Ponuditelji mogu zatražiti objašnjenja**

Odgovore na upite gospodarskog subjekta i izmjenjenu Dokumentaciju o nabavi, Naručitelj će staviti na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ponudu je potrebno sačiniti sukladno ovim izmjenama.

**Služba nabave**