

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
- 07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Bolnički kreveti)-Grupa 3




Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN, 114/2022), Čl. 198,
dana 25.11.2025. godine u 12,00 sati u Sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada 2. kat, započeo je sastanak na temu tehničkih konzultacija u cilju osiguranja i saznanja informacija u izradi tehničkih specifikacija za predmet nabave "07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Bolnički kreveti)-Grupa 3"




REDNI BROJ	PRIJEDLOG NAZIVA I OPISA PREDMETA NABAVE	DA	NE	NAPOMENA
1	2	3	4	5
	GRUPA 3			
I	Bolesnički ormarić sa pločom za hranjenje			
1.1	Struktura ormarića od pocinčanog lima zaštićena praškastom bojom nanesenom elektrostatski ili termooblikovanog polimera	SVI		
1.2	Ormarić prilagođen obostranom korištenju			Može se koristiti s obje strane bolesničkog kreveta
1.3	Opremljen ladicom, otvorenim međuprostorom i donjim ormarićem sa policom	SVI		
1.4	U ladici se nalazi uložak od ABS plastike ili polimera koji se može vaditi radi lakšeg čišćenja	SVI		
1.5	Ormarić je opremljen stolićem/pločom za hranjenje koja je integrirana unutar korpusa a izvlači se iz ležišta i konzolno postavlja u položaj iznad kreveta	SVI		
1.6	Opcija zakretanja ploče za hranjenje u položaj za čitanje i pisanje	SVI		
1.7	Gornja ploča, ploča za hranjenje i fronte ladica i ormarića izrađeni od visokotlačnog laminata (HPL) ili od polimera ili od ABS plastike u boji po izboru	SVI		
1.8	Na bočnoj strani ormarića nalazi se nosač ručnika	SVI		
1.9	Ormarić ima 4 dupla kotača minimalno Ø 50 mm od kojih su minimalno 2 s kočnicom	SVI		
1.10	Dimenzije ormarića: širina minimalno 510 mm, dubina minimalno 450 mm, visina minimalno 850 mm	SVI		
1.11	Dimenzije ploče za hranjenje: dužina minimalno 550 mm x širina 340 mm	SVI		
1.12	Visinska regulacija ploče za hranjenje u rasponu od minimalno 940 mm do 1080 mm i većem	SVI		Prijedlog za ENP
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:				
1. Rok isporuke: 60 dana ili najkasnije do 30.04.2026. godine				
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 2 godine: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu predmeta nabave u roku od 15 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski predmet nabave u slučaju popravka kvara dužeg od 15 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis predmeta nabave (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa; → Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponuditelja, ponuditelj će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj/roba/oprema za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe 3. Edukacija/trening: minimalno 5 djelatnika u trajanju od minimalno 1 radni dan. 4. Napovoljniji Ponuditelj je obavezan dostaviti uzorak na poziv Naručitelja prije Odluke o odabiru.				

Dana 20.11.2025. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Bolnički kreveti)-Grupa 3"

Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Bolnički kreveti)-Grupa 3" gore navedene tehničke specifikacije.

Ponuditelji:

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

SRUČA :
1. 
2. 
3. 

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. ORTO REA d.o.o., (Naziv proizvođača: MALVESTIO/Italija)

1.1 Ovlašteni predstavnik: Ivan Bulat




2. Karl Dietz Kijevo d.o.o., (Naziv proizvođača: Stieglmeyer GmbH & Co. KG/Njemačka)

2.1 Ovlašteni predstavnik: Tereza Šipić

2.2 Ovlašteni predstavnik: Marina Nikešić

2.3 Ovlašteni predstavnik: Luka Miklin



3. MTF d.o.o., (Naziv proizvođača: Givas/Italija, Italija)

3.1 Ovlašteni predstavnik: Kristina Bišćan



4. Panon Trade d.o.o., (Naziv proizvođača: Linet/Češka)

4.1 Ovlašteni predstavnik: Renata Bešenić



5. MEDICLINE d.o.o. (Naziv proizvođača: PSILIAKOS, Grčka)

5.1 Ovlašteni predstavnik: Marko Perković



Ovlašteni predstavnici Naručitelja:

1. Danijela Miše, mag.med.techn.

2. Anđa Novokmet, mag.med.techn.

3. Tomislav Krčelić, bacc.med.techn.

