

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE

- 07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Transportna ležeća kolica/transportna nosila)

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN, 114/2022), Čl. 198,

dana 25.11.2025. godine u 12,00 sati u Sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada 2. kat, započeo je sastanak na temu tehničkih konzultacija u cilju osiguranja i saznanja informacija u izradi tehničkih specifikacija za predmet nabave "07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Transportna ležeća kolica/transportna nosila)"

REDNI BROJ	PRIJEDLOG NAZIVA I OPISA PREDMETA NABAVE	DA	NE	NAPOMENA
1	2	3	4	5
1	DVODIJELNA LEŽNA PLOHA S MADRACEM (Transportna ležeća kolica/transportna nosila-stretcher)			
1.1	Transportna ležeća kolica/transportna nosila sa 2-djelnom ležnom plohom, na 2 teleskopska stupa	SVI		
1.2	Visinska regulacija u rasponu od minimalno 58 cm do 87 cm ili većem rasponu pomoću hidrauličke nožne pumpe	SVI		
1.3	Vanjske dimenzije transportnih ležećih kolica/transportnih nosila maksimalno 210 cm x 75 cm			Predlaže se 215 cm x 86 cm, dodatna provjera od strane Naručitelja
1.4	Unutarnje dimenzije transportnih ležećih kolica/transportnih nosila: minimalno 190 cm x 65 cm	SVI		
1.5	Cijela ležna ploha od HPL laminata propusna za RTG zrake s držačem kazete za RTG snimanje	SVI		
1.6	Praškasto obložene uzdužno sklapajuće ograde s obje strane s funkcijom mekog spuštanja ograda (bez potrebe pridržavanja ograda u procesu spuštanja)	SVI		
1.7	Opcija podešavanja u Tr/Atr položaj +15 stupnjeva/15 stupnjeva pomoću nožne pedale (+3 stupnja)	SVI		
1.8	Mehaničko podešavanje nagiba uzglavlja od 0-90 stupnjeva	SVI		
1.9	4 kotača promjera Ø200 mm, centralni kočioni sistem s opcijom zakočenja u 4 točke te dodatni peti kotač za pravocrtnu vožnju	SVI		
1.10	Ručke za guranje kod uzglavlja i kod uznožja - minimalno jedne sklopive	SVI		
1.11	Na sva 4 ugla ležaja postoje mjesta za smještaj infuzijskog stalka	SVI		
1.12	Podvozje ležaja zaštićeno pokrovom od ABS plastike radi lakšeg održavanja s utorom za najmanje jednu bocu kisika	SVI		
1.13	Transportna ležeća kolica/transportna nosila moraju omogućiti sigurno radno opterećenje minimalno 300 kg	SVI		
1.14	Uključivo dva (2) teleskopska stalka montirana na uzglavlju i madrac	SVI		Potreban opis madraca
1.15	Uključeni držači dodatne opreme s 2 strane			Potrebno detaljnije opisati držače
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:				
1. Rok isporuke: 60 dana ili do najkasnije do 30.04.2026. godine				
2. Dodatni kriteriji kvalitete:				
1.) jamstveni rok najmanje 2 godine:				
→ sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok;				
→ unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu predmeta nabave u roku od 15 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski predmet nabave u slučaju popravka kvara dužeg od 15 dana);				
→ unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis predmeta nabave (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa;				
2.) Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina.				
3.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju				
3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj/roba/oprema za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe				
3. Edukacija/trening: minimalno 5 djelatnika u trajanju od minimalno 1 radni dan.				
4. Napovoljniji Ponuditelj je obvezan dostaviti uzorak na poziv Naručitelja prije Odluke o odabiru.				

Dana 20.11.2025. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Transportna ležeća kolica/transportna nosila)"

Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Transportna ležeća kolica/transportna nosila)" gore navedene tehničke specifikacije.

STRUKA:

PONUĐITELJI:


1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. ORTO REA d.o.o., (Naziv proizvođača: MEDISA/Italija)

1.1 Ovlašteni predstavnik: Ivan Bulat





2. Karl Dietz Kijevo d.o.o., (Naziv proizvođača: ACIME/Francuska)


2.1 Ovlašteni predstavnik: Tereza Šipić

2.2 Ovlašteni predstavnik: Marina Nikešić

2.3 Ovlašteni predstavnik: Luka Miklin









3. MTF d.o.o., (Naziv proizvođača: GIVAS/Italija)

3.1 Ovlašteni predstavnik: Marina Špoljarić

3.2. Ovlašteni predstavnik: Kristina Bišćan






4. MEDICLINE d.o.o. (Naziv proizvođača: PHSYLIAKOS, Grčka)

4.1 Ovlašteni predstavnik: Marko Perković



5. Panon Trade d.o.o., (Naziv proizvođača: Linet/Češka)

5.1 Ovlašteni predstavnik: Renata Bešenić



Ovlašteni predstavnici Naručiitelja:

1. Danijela Miše, mag.med.techn.

2. Anđa Novokmet, mag.med.techn.

3. Tomislav Krčelić, bacc.med.techn.

