

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Laboratorijski inkubator / termostats

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,
dana 17.03.2026. godine u 11:30 sati u sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada II. kat, započeo je sastanak na temu tehničkih konzultacija u cilju osiguranja i
saznanja informacija u izradi tehničkih specifikacija za predmet nabave "Laboratorijski inkubator / termostats"

REDNI BROJ	PRIJEDLOG NAZIVA I OPISA PREDMETA NABAVE	DA	NE	NAPOMENA
1	2	3	4	5
I	LABORATORIJSKI INKUBATOR / TERMOSTAT			
1.1	Laboratorijski inkubator s prirodnom cirkulacijom zraka	POL-EKO		
1.2	Volumen komore od 70 do 85 litara i radni volumen od 50 do 60 litara, raspon temperature od sobna + 5°C do 100°C	POL-EKO		
1.3	Vanjska puna vrata, unutarnja staklena vrata	POL-EKO		
1.4	Mikroprocesorska kontrola s lcd zaslonom u boji osjetljivim na dodir	POL-EKO		
1.5	Interna memorija za podatke i događaje	POL-EKO		
1.6	Usb i lan priključci za prijenos podataka	POL-EKO		
1.7	Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika s 2 police od nehrđajućeg čelika	POL-EKO		
1.8	Zaštita od pregrijavanja klase 2.0 prema DIN	POL-EKO		
1.9	Otvor na boku za vanjske sonde	POL-EKO		
1.10	Vanjske dimenzije minimalno širina 600 mm do 650 mm x minimalno visina 700 mm do 750 mm x minimalna dužina 600mm do 650 mm	POL-EKO		
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:				
1. Rok isporuke: 60 dana ili najkasnije do 01.06.2026. godine				
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 2 godine: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu predmeta nabave u roku od 15 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski predmet nabave u slučaju popravka kvara dužeg od 15 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis predmeta nabave (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa; → Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponuditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj/roba/oprema za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe				
3. Edukacija/trening: minimalno 3 djelatnika u trajanju od minimalno 1 radni dan.				

Dana 13.03.2026. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne
grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Laboratorijska oprema (Laboratorijski
inkubator / termostats)"

Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" i ovlašteni predstavnici ponuditelja
utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "Laboratorijska oprema
(Laboratorijski inkubator / termostats)"

1. LABOMAR d.o.o. (POL-EKO, Poljska)

1.1. Ovlašteni predstavnik: Snježana Perić

Ovlašteni predstavnici Klinike :

1. Jelena Lozić Erent, mag.med.lab.diag.