

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Laboratorijski sušionik / suhi sterilizator

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,
dana 17.03.2026. godine u 11:50 sati u sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada II. kat, započeo je sastanak na temu tehničkih konzultacija u cilju osiguranja i saznanja informacija u izradi tehničkih specifikacija za predmet nabave "Laboratorijski sušionik / suhi sterilizator"

REDNI BROJ	PRIJEDLOG NAZIVA I OPISA PREDMETA NABAVE	DA	NE	NAPOMENA
1	2	3	4	5
I	LABORATORIJSKI SUŠIONIK / SUHI STERILIZATOR			
1.1	Laboratorijski sušionik s prisilnom cirkulacijom zraka ventilatorom	POL-EKO		
1.2	Volumen od 70 do 80 litara	POL-EKO		
1.3	Raspon temperature od sobne + 5°C do 300°C	POL-EKO		
1.4	Mikroprocesorska kontrola s lcd zaslonom u boji osjetljivim na dodir	POL-EKO		
1.5	Interna memorija za podatke i događaje	POL-EKO		
1.6	Usb i lan priključci za prijenos podataka	POL-EKO		
1.7	Iznutra izrađen od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline s 2 police od nehrđajućeg čelika	POL-EKO		
1.8	Zaštita od pregrijavanja klase 2.0 prema DIN	POL-EKO		
1.9	Mogućnost namještanja brzine ventilatora u rasponu od 0% do 100%	POL-EKO		
1.10	Vizualni i zvučni alarmi	POL-EKO		
1.11	Vanjske dimenzije minimalno širina od 570 mm do 620 mm x minimalno visina od 800 mm do 900 mm x minimalno dužina od 600 mm do 650 mm	POL-EKO		
1.12	Otvaranje vrata na lijevo	POL-EKO		
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:				
1. Rok isporuke: 60 dana ili najkasnije do 01.06.2026. godine				
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 2 godine: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu predmeta nabave u roku od 15 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski predmet nabave u slučaju popravka kvara dužeg od 15 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis predmeta nabave (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa; → Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj/roba/oprema za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe				
3. Edukacija/trening: minimalno 3 djelatnika u trajanju od minimalno 1 radni dan.				

Dana 13.03.2026. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Laboratorijski sušionik / suhi sterilizator"

Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "Laboratorijski sušionik / suhi sterilizator"

1. LABOMAR d.o.o. (POL-EKO, Poljska)
1.1. Ovlašteni predstavnik: Snježana Perić

Ovlašteni predstavnici Klinike :

1. Jelena Lozić Erent, mag.med.lab.diag.