

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Vortex miješalica

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,
dana 18.03.2026. godine u 10:00 sati u Dvorani za sastanke, Upravna zgrada II. kat, započeo je sastanak na temu tehničkih konzultacija u cilju osiguranja i saznanja informacija u izradi tehničkih specifikacija za predmet nabave "Vortex miješalica"

REDNI BROJ	PRIJEDLOG NAZIVA I OPISA PREDMETA NABAVE	DA	NE	NAPOMENA
1	2	3	4	5
I	VORTEX MJEŠALICA			
1.1	Tip kretanja: orbitalno			
1.2	Amplituda trešnje: 4 mm (dozvoljeno odstupanje +/- 20%)			
1.3	Maksimalna dopuštena masa trešnje (uključujući nastavak): od 0,4 kg do 0,5 kg			
1.4	Ulazna snaga motora: od 35 W do 40 W			
1.5	Izlazna snaga motora: od 5 W do 10 W			
1.6	Dopušteni rad (ON time): 100 %			
1.7	Minimalna brzina (podesiva): 500 okretaja po minuti (eng. rpm)			
1.8	Maksimalna brzina: do 3000 okretaja po minuti (eng. rpm)			
1.9	Način rada: kontinuirani rad			
1.10	Funkcija rada na dodir			
1.11	Napon: 220 – 240 V			
1.12	Frekvencija: 50/60 Hz			
1.13	Stupanj zaštite prema DIN EN 60529: IP21			
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:				
1. Rok isporuke: 30 dana ili najkasnije do 01.06.2026. godine				
2. Dodatni kriteriji kvalitete:				
1.) jamstveni rok najmanje 2 godine:				
→ sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok;				
→ unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu predmeta nabave u roku od 15 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski predmet nabave u slučaju popravka kvara dužeg od 15 dana);				
→ unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis predmeta nabave (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa;				
→ Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina.				
2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju				
3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj/roba/oprema za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe				
3. Edukacija/trening: minimalno 1 djelatnika u trajanju od minimalno 1 radni dan.				

Dana 13.03.2026. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Laboratorijska oprema (Vortex miješalica)"

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. Nitko nije prisustvovao određenom terminu tehničkih konzultacija.

Ovlašteni predstavnici Klinike :

1. Nataša Cetinić Balent, dr. med. *N. Cetinić*
2. Dora Krsmanović, mag. med. biochem. *Dora Krsmanović*