

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
ZAGREB, Mirogojska 8

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Aparat za pranje laboratorijskog suda

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,
dana 20.07.2026. godine u 12:00 sati u Dvorani za sastanke, Upravna zgrada II. kat, započeo je sastanak na temu tehničkih konzultacija u cilju osiguranja i saznanja informacija u izradi tehničkih specifikacija za predmet nabave "Aparat za pranje laboratorijskog suda"

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	DA	NE	NAPOMENA
1	2	3	4	5
I.	APARAT ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUĐA			
1.	Uređaj za pranje, sušenje i termalnu dezinfekciju laboratorijskog posuđa	SVI		
1.1	Pranje na minimalno 93°C	SVI		
1.2	Volumen komore za pranje od minimalno 145 l do maksimalno 170l	SVI		
1.3	Mikroprocesorska kontrola sa zaslonom u boji osjetljivim na dodir ili zaslon s tipkama	SVI		
1.4	Minimalno 25 programa	SVI		
1.5	2 pumpe za doziranje tekućih sredstava za pranje	SVI		
1.6	Senzor razine tekućih sredstava za pranje	SVI		
1.7	Sustav za prisilno sušenje posuđa	SVI		
1.8	Prskalica za pranje na dnu i na vrhu komore za pranje	SVI		
1.9	Komora izrađena od AISI 316L nehrđajućeg čelika			Dodatni kriterij bodovanja
1.10	Kučište izrađeno od AISI 304 nehrđajućeg čelika	SVI		
1.11	Vrata od kemijski otpornog, dvostrukog stakla s prozorom za praćenje procesa pranja			Dodatni kriterij bodovanja
1.12	Ugrađen kondenzator vodene pare	SVI		
1.13	Ugrađen omekšivač vode	SVI		
1.14	Ugrađena pumpa odvoda	SVI		
1.15	Ugrađen sustav za sprječavanje curenja "aqua stop"	SVI		
1.16	WiFi ili usb priključci za prijenos podataka	SVI		
1.17	Priključci za hladnu, toplu i demi vodu	SVI		
1.18	Maksimalne vanjske dimenzije 600 x 850 x 650 mm (Š x V x D)	SVI		
2.	Postolje za perilicu			
2.1	Izrađeno od nehrđajućeg čelika	SVI		
2.2	Visina postolja s integriranim ormarićem minimalno 60 cm visine	SVI		
3.	Osnovna donja košara			
3.1	Izrađena od nehrđajućeg čelika	SVI		
3.2	Mreža od nehrđajućeg čelika za postavljanje posuđa	SVI		
4.	Osnovna gornja košara			
4.1	Izrađena od nehrđajućeg čelika	SVI		
4.2	Mreža od nehrđajućeg čelika za postavljanje posuđa	SVI		
4.3	Integrirana prskalica za pranje	SVI		
5.	Stalak za pranje mikrostakalaca			
5.1	Izrađen od nehrđajućeg čelika	SVI		
5.2	Kapacitet od minimalno 200 mikroskopskih stakalaca	SVI		
6.	Moduli/stalci za pranje posuđa			
6.1	Košara za pranje epruveta			Dodatna provjera struke za dimenzije
6.2	Stalak za pranje laboratorijskih čaša i boca od minimalno 50 ml do maksimalno 500 ml	SVI		
6.3	Stalak za pranje Erlenmeyer tikvica 50 ml do maksimalno 500 ml	SVI		
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:				
1. Rok isporuke: minimalno 60 dana				

NAPREDAK:

- 1.
- 2.
- 3.

- 1.
- 2.
- 3.

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

1.) jamstveni rok najmanje 2 godine:

→ sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok;

→ unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu predmeta nabave u roku od 15 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski predmet nabave u slučaju popravka kvara dužeg od 15 dana);

→ unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis predmeta nabave (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa;

→ Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina.

2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju

3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponuditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj/roba/oprema za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe

4.) Dodatno bodovati kraći rok ispruke

3. Edukacija/trening: minimalno 3 djelatnika u trajanju od minimalno 1 radni dan.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. LABOMAR d.o.o. (Tuttnauer, Italija)
Matija Marić
2. ALTIUM d.o.o. (SMEG, Italija)
Luka Vučemilović Šimunović
3. EUROKONTAKT d.o.o. (Miele, Njemačka))
Marko Badovinac




Ovlašteni predstavnici Klinike :

1. Prim. dr. sc. Silvija Šoprek Strugar, dr. med.
2. Jelena Lozić Erent, mag.med.lab.diag
3. Krunoslav Erent, dipl. Ing.

